



## 江油市妇幼保健计划生育服务中心 移动式消毒机采购项目院内比选公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心儿保科移动式消毒机采购项目；

公告期限：2019年1月10日至2019年1月15日；

比选时间：2019年1月16日下午2:30时；

比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心；

报名要求：投标人在2019年1月15日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科；

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路329号；

一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计询招[2019]02号。

二、比选内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心儿保科移动式消毒机采购项目。

三、技术参数：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军；

四、招标预算：捌仟元内。

五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室

六、联系人：杜军。

联系电话：13881139673。



# 江油市妇幼保健计划生育服务中心 移动式消毒机采购项目附件

## 一、设备名称：

人机共存移动式消毒机

## 二、招标预算：

0.8 万元内。

投标人移动式消毒机报价不得超过 0.8 万元，否则不予受理。

## 三、设备技术参数要求

### 空气消毒机功能与技术参数

#### 一、主要功能：

- 1、\*微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；
- 2、\*UV 管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；
- 3、\*UV 强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加 UV 照射强度；
- 4、\*整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；
- 5、主管失效备管自动支援及加强功能；
- 6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；
- 7、程控、遥控、手控多控消毒运行；
- 8、\*风速高、中、低可选；
- 9、\*双通道立体式出风，循环风量大；
- 10、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段；
- 11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；
- 12、\*外设防滑扶手，推拉移动自如。

#### 二、主要技术参数：



- 1、适用体积：130m<sup>3</sup>
- 1.1、外形：移动式
- 1.2、外观尺寸：55cm×43cm×93cm
- 1.3、\*循环消毒风量：≥1300m<sup>3</sup>/h
- 1.4、\*紫外线辐照强度(垂直距离灯管15cm处)：≥7.44×10<sup>3</sup>μW/cm<sup>2</sup>
- 1.5、消毒功率：≤450W
- 1.6、紫外线管寿命：≥5000h
- 1.7、紫外线泄漏量：<5μW/cm<sup>2</sup>
- 1.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m<sup>3</sup>
- 1.9、负离子发生量：≥6×10<sup>6</sup>个/cm<sup>3</sup>
- 1.10、额定电压：AC 220V±22V
- 1.11、额定频率：50Hz±1Hz
- 1.12、噪音：≤55dB(A)
- 1.13、消毒后空气中细菌总数：II、III类无菌环境标准
- 1.14、适用环境：人在动态环境及静态环境(医院病区)
- 1.15、安全防护分类：I类B型设备。

### 三、其它：

- 1、提供消毒产品卫生安全评价报告
- 2、提供保修期12个月。

2019年1月10日