



江油市妇幼保健计划生育服务中心 移动式消毒机采购项目院内比选公告

项目名称：中心儿保科移动式消毒机采购项目；

公告期限：2019年3月5日至2019年3月10日；

比选时间：2019年3月11日下午2:30时；

比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心；

报名要求：投标人在2019年3月10日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科；

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路329号；

一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计询招[2019]2-1号。

二、比选内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心儿保科移动式消毒机采购项目。

三、技术参数：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军；

四、招标预算：捌仟元内。

五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室。

六、联系人：杜先生，联系电话：13881139673。



江油市妇幼保健计划生育服务中心 移动式消毒机采购项目附件

- 一、设备名称：人机共存移动式消毒机
- 二、招标预算：0.8 万元内（投标人移动式消毒机报价不得超过 0.8 万元，否则不予受理）。

三、设备技术参数要求

（一）主要功能：

- 1、*微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；
- 2、*UV 管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；
- 3、*UV 强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加 UV 照射强度；
- 4、*整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；
- 5、主管失效备管自动支援及加强功能；
- 6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；
- 7、程控、遥控、手控多控消毒运行；
- 8、*风速高、中、低可选；
- 9、*双通道立体式出风，循环风量大；
- 10、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段；
- 11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；
- 12、*外设防滑扶手，推拉移动自如。

（二）主要技术参数：



- 1、适用体积：130m³；
- 1.1、外形：移动式；
- 1.2、外观尺寸：55cm×43cm×93cm；
- 1.3、*循环消毒风量：≥1300m³/h；
- 1.4、*紫外线辐照强度（垂直距离灯管 15cm 处）：≥7.44×10³

μ W/cm²；

- 1.5、消毒功率：≤450W；
- 1.6、紫外线管寿命：≥5000h；
- 1.7、紫外线泄漏量：<5μ W/cm²；
- 1.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m³；
- 1.9、负离子发生量：≥6×10⁶ 个/cm³；
- 1.10、额定电压：AC 220V±22V；
- 1.11、额定频率：50Hz±1Hz；
- 1.12、噪音：≤55dB(A)；
- 1.13、消毒后空气中细菌总数：II、III类无菌环境标准；
- 1.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）；
- 1.15、安全防护分类：I类B型设备。

（三）其它：

- 1、提供消毒产品卫生安全评价报告；
- 2、提供保修期 12 个月。

2019年3月5日