



江油市妇幼保健计划生育服务中心 手术室 EPS 专用电源维修项目 院内比选公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心手术室 EPS 专用电源维修项目；

公告期限：2020 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 18 日；

比选时间：2020 年 12 月 18 日下午 5：10 时；

比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心；

报名要求：投标人在 2020 年 12 月 18 日下午 5:00 前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科；

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路 329 号；

一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计询招 [2020] 13 号。

二、比选内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心手术室 EPS 专用电源维修项目。

三、技术参数：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军；

四、招标预算：3.2 万元内。



五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室

六、联系人：杜 军。

联系电话：13881139673。



江油市妇幼保健计划生育服务中心 手术室 EPS 专用电源维修项目附件

一、设备名称：

手术室 EPS 专用电源维修

二、招标预算：

3.2 万元内（投标人手术室 EPS 专用电源维修报价不得超过 3.2 万元，否则不予受理）。

三、设备技术参数要求

产品参数

产品名称	数量	产品参数	备注
EPS 电源主机 主控板	1 个	主机参数： 功率：37KW；输入电压：380VAC±25%；输出电压：380V/220VAC±5%；输入频率：50Hz±5%；输出频率：50Hz±0.5%	主控板需与主机兼容，并由原厂家工程师检测调试设备，检查其他元器件使用正常情况
铅酸免维护蓄 电池充电器	1 台	直流输出电压：574V；额定输出电流：1.5A；输出电流范围 0-1.5A；直流输出功率：850W；输出端过电压保护：630V；输出端检测与启动工作范围：0-600V；输入电流：10A；输入功率：900W 输入电压范围及频率：185-260VAC 连续输入 47-63Hz；安全标准：满足 UL1012 要求；EMC 标准：符合 FCC EN55022 ICE60950-1	充电器需与主机兼容使用
铅酸免维护蓄 电池	41 节	产品规格：12V38AH；外壳材质：ABS 阻燃材料，符合 UL94V-0 标准；5S 最大放电电流：350A (5s)；内阻：12.1mΩ；最大充电电流：10.5A；充电电压：浮充	国内知名品牌，并出具项目授权书



		<p>13.5V/循环(均充) 14.1~14.4V; 自 放电: ≤3%/月 @ 25 C; 循环寿命: 80%放电深度时 ≥600 次; 30%放电深度时 ≥1100 次; 15min 恒功率循环, 前 20 次不能低 于 15min, 循环寿命大于 60 次; 相关产品认证: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 体 系认证/拥有 IATF16949 体系认证/ 通过 CCS 认证/排污许可证/危险物品 经营许可证</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2020 年 12 月 14 日