



江油市妇幼保健计划生育服务中心 移动式消毒机采购项目 院内比选公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心移动式消毒机采购项目；

公告期限：2021年3月18日至2021年3月24日；

比选时间：2021年3月25日下午2:30时；

比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心；

报名要求：投标人在2021年3月24日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科；

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路329号；

一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计采招[2021]2号。

二、比选内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心移动式消毒机采购项目；

三、技术参数：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军；

四、招标预算：2.5万元。



五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室

六、联系人：杜军。

联系电话：13881139673。



江油市妇幼保健计划生育服务中心

移动式消毒机采购项目附件

一、项目名称：

移动式消毒机采购项目

二、招标数量及预算：

1、数量：4台 2、招标控制价：2.5万元

投标人移动式消毒机4台总报价不得超过2.5万元，否则不予受理。

空气消毒机功能与技术参数

一、主要功能：

- 1、*微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；
- 2、*UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；
- 3、*UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；
- 4、*整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；
- 5、主管失效备管自动支援及加强功能；
- 6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；
- 7、程控、遥控、手控多控消毒运行；
- 8、*风速高、中、低可选；
- 9、*双通道立体式出风，循环风量大；



- 10、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段；
- 11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；
- 12、*外设防滑扶手，推拉移动自如。

二、主要技术参数：

1、适用体积：80m³

1.1、外形：移动式

1.2、*循环消毒风量：≥800m³/h

1.3、*紫外线辐照强度（垂直距离灯管 15cm 处）：≥7.36×10³
μW/cm²

1.4、消毒功率：≤410W

1.5、紫外线管寿命：≥5000h

1.6、紫外线泄漏量：<5 μW/cm²

1.7、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m³

1.8、负离子发生量：≥6×10⁶个/cm³

1.9、噪音：≤55dB(A)

1.10、消毒后空气中细菌总数：II、III类无菌环境标准

1.11、安全防护分类：I类B型设备

2021年3月17日